



3-310-0566
標準温度計（水銀ゼロ）
0～50℃ 成績書校正
書類一式付

標準価格(税抜)
¥42,000
(税込：¥46,200)

※校正証明書・トレーサビリティ体系図・校正基準器写し

温度範囲	0～50℃
最小目盛	0.1℃
精度	±0.2℃（0～50℃、50～100℃） ±0.4℃（100～150℃、150～200℃）
感温液	プロピレンカルボナート
全長	約420mm
計測方法	全没式
校正書類	校正証明書・トレーサビリティ体系図・校正基準器写し
付属	検査成績表

※商品情報は2026年07月現在のものとなります。