



3-315-0598

A V 試験紙 (50枚入)

080570-55



標準価格(税抜)

¥2,000

(税込：¥2,200)

- フライヤー油の劣化具合を表す酸価値を現場で簡単に測定できる試験紙です。
 - 判定は酸価値1.5・2.5・3.5の3段階で油の色の影響を受けづらく判定できます。
- ※本製品は簡易試験紙です。

| | |
|------|---------------------|
| 測定範囲 | 1.5-2.5-3.5 |
| 入数 | 50枚 |
| 測定時間 | 反応時間1分 その後、判定時間1分以内 |

※商品情報は2026年05月現在のものとなります。

K ケニス株式会社
Kenis

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.