



3-318-0414

食用油テスター

testo 270 BT



標準価格(税抜)

¥83,000

(税込：¥91,300)

- 食用油の劣化度を示すTPM（極性化合物）値と油温度をデジタル表示する食用油テスターです。
- 重化合物などを含めた極性化合物総量で油全体の劣化度を評価します。
- 2段階で設定したしきい値により、ディスプレイの色が変化し（オレンジ・赤）、アラームを出すので見落としがありません。
- モバイルアプリtesto Smartとの連携で、測定結果の表示・記録・文書化をサポートします。
- 基準オイルで現場で校正/調整が可能です。

|         |                                         |
|---------|-----------------------------------------|
| 測定項目    | 温度 極性化合物（TPM）                           |
| 測定範囲    | TPM/0.0～40.0% 温度/40～200℃                |
| 精度      | TPM/±2.0%TPM（40～190℃、周囲温度25℃時） 温度/±1.5℃ |
| 分解能     | TPM/0.1% 温度/0.1℃                        |
| 応答速度    | 約30秒                                    |
| 電源      | 単4電池×2（付属）                              |
| バッテリー寿命 | 連続使用約25時間（測定回数：約500回）                   |
| 大きさ     | 50×170×300mm                            |
| 重量      | 255g                                    |
| ディスプレイ  | バックライト付LCDディスプレイ 2ライン                   |
| 動作温度    | 0～50℃ 40～200℃                           |
| 保管温度    | -20～60℃                                 |
| 機能      | アラーム ホールド（自動/手動）                        |
| 保護等級    | IP65                                    |
| 規格      | HACCP International;NSF                 |
| 付属      | ケース 基準オイル                               |

※商品情報は2026年10月現在のものとなります。

**ケニス株式会社**

Copyrights(C)Kenis CO.,LTD ALL Rights Reserved.